



平成 27・05・08 評基第 003 号

平成 27 年 5 月 14 日

認 定 証

和光純薬工業株式会社 殿

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、ASNITE 認定プログラムに基づき、以下のとおり試験事業者として認定します。

認定された事業者は、ISO/IEC 17025:2005 (JIS Q 17025:2005) に適合しています。

認定番号及び付加情報：ASNITE 0082 T

事業所の名称：和光純薬工業株式会社 大阪工場 品質管理部

所在地：兵庫県尼崎市高田町6番1号

認定の区分：別紙のとおり

(初回認定日) 2013年 4月 8日

(最新交付日) 2015年 5月14日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 太田 秀幸



- ・IAJapan ((独)製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC(国際試験所認定協力機構) 及び APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構) の MRA (相互承認) に署名している認定機関です。
- ・相互承認要求事項とは、認定の基準 (該当する国際規格及びガイド) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期検査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・この認定は当該事業所が認定された範囲において ISO/IEC 17025:2005 の技術的能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです。ISO/IEC 17025:2005 のマネジメントシステム要求事項は ISO 9001:2008 の原則を満たし、その関連する要求事項に沿ったものです。



(別紙)

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術		
化学製品	無機	容量分析 (滴定法)	1 mol/L 塩酸	JIS K 8001:2015 JA.6.4 e) 2) *1
			0.1 mol/L 塩酸	JIS K 8001:2015 JA.6.4 e) 6) *1
			0.5 mol/L 硫酸	JIS K 8001:2015 JA.6.4 y) 1) *1
			0.05 mol/L 硫酸	JIS K 8001:2015 JA.6.4 y) 4) *1
			1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001:2015 JA.6.4 r) 1) *1
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001:2015 JA.6.4 r) 4) *1
			0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	JIS K 8001:2015 JA.6.4 t) 2) *1
			0.1 mol/L 硝酸銀溶液	JIS K 8001:2015 JA.6.4 n) *1
			0.005 mol/L 過マンガン酸カリウム溶液	JIS K 0102:2013 17.5) *2
			1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十六改正日本薬局方一般試験 法 9.21
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十六改正日本薬局方一般試験 法 9.21
			0.02 mol/L 過マンガン酸カリウム液	第十六改正日本薬局方一般試験 法 9.21

【一部変更内容】

*1 JIS K 8001:2015 JA.6.4 調製

【各標準液調製記載の規格番号 e)2.1)、e)6.1)、y)1.1)、y)4.1)、r)1.1.2)、r)4.1.2)、t)2.1)、n)1)】

標準溶液の調製において、水を加えて1000 mLとする手順に代えて工業的に大スケールでの調製を行い、標定のみ JIS に従い実施する。

*2 JIS K 0102:2013 17.5)c)操作

標定操作において、同一条件で空試験を行い滴定量の補正を行う。

(以上)